

<i>MjøsLab</i>	Endret av/dato: SEH/ 20.01.11	Dokument id: KH-PINS P3
	Godkjent av/dato: BD/ 07.03.11	
MENGDEMÅLER UTLØP RAMBEKK RA	Erstatter utgave: PINS 07 18.08.09	G:\KS\Prøvetaking og feltarbeid\PINS\KH-PINS P3 Mengdemåler utløp rambekk RA.doc
	Side 1 av 2 Sign: BD	

PINS P3

Mengdemåler utløp Rambekk RA

Instrument nr.:	Navn:
P3	ABB Kent-Tyler MagMaster

INNHALDSFORTEGNELSE:

1. LITTERATUR
2. UTSTYR
3. GENERELT OM INSTRUMENTET
4. VEDLIKEHOLD
5. FEILSØKING/KONTROLL/KALIBRERING

1. LITTERATUR:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Beskrivelse av mengdemåler | (KH-BI PINS P3.1) |
| 2) Looptest - sertifikat | (KH-BI PINS P3.2) |
| 3) Tegning | (KH-BI PINS P3.3) |

2. UTSTYR:

ABB Kent-Tyler MagMaster 500 mm, elektromagnetisk mengdemåler med separat transmitter.

3. GENERELT OM INSTRUMENTET:

Betjenes ikke av andre enn personell fra leverandør/forhandler.

4. VEDLIKEHOLD

Det er ikke satt opp intervaller for vedlikehold av mengdemåleren.

5. FEILSØKING/KONTROLL/KALIBRERING:

Om det mistenkes at mengdemåleren logger/viser unormale verdier, startes det med feilsøking.

Følgende prosedyre skal følges:

Innvendig spyling av mengdemåler utføres.

Om ikke dette fører til en normalisering av logget mengde, må elektronikken i måleren kontrolleres av fagpersonell evt må måler tas ut og sendes til produsent.

Det skal årlig kontrolleres at elektronikken i måleren fungerer ihht intensjoner.

Kontrollen må utføres av autorisert personell og kontrollen skal dokumenteres i form av en servicereport etc.

FEILSØKING - KONTROLL - KALIBRERING - SERVICE

INSTRUMENT: Mengdemåler utløp Rambekk
--

<i>MjøsLab</i>	Endret av/dato: SEH/ 20.01.11	Dokument id: KH-PINS P3
MENGDEMÅLER UTLØP RAMBEKK RA	Godkjent av/dato: BD/ 07.03.11	G:\KS\Prøvetaking og feltarbeid\PINS\KH-PINS P3 Mengdemåler utløp rambekk RA.doc
	Erstatter utgave: PINS 07 18.08.09	
	Side 2 av 2 Sign: BD	

FEILSØKING

Handling	Frekvens
<ul style="list-style-type: none"> Innvendig rengjøring 	Ved behov

KONTROLL OG KALIBRERING

<ul style="list-style-type: none"> Elektronikk i måleren 	Årlig autorisert kontroll
---	---------------------------

SERVICE

<p>Autorisert kontroll eller service: Firma: YIT Building System AS Tlf.: 61 18 18 00 Service avtale (ja/nei): Nei Type: Mengdemåler Magmaster - Utløp Rambekk</p>
