


# Statistikk prøvetakingskurs

## Suspendert stoff på innløpsprøve

RA / Dato	Operatør	Verdi	% avvik fra middel	Z-verdi	Godkjent
Breiskallen					
10.mar.11	POE	162	26	2,0	☺
	POE	158	23	1,8	☺
	OB	124	-4	-0,3	☺
	OB	128	-1	0,0	☺
	GHG	118	-8	-0,7	☺
	GHG	128	-1	0,0	☺
	SEH	134	4	0,3	☺
	SEH	128	-1	0,0	☺
	SEH	126	-2	-0,2	☺
	SEH	110	-15	-1,1	☺
	SEH	114	-11	-0,9	☺
	SEH	114	-11	-0,9	☺
Middel		129			
Sd		16			



Pr. mars -11

Generelt

CV

8,92 %

Riktig målesikkerhet =  $\pm 2 \cdot CV$ 

17,84 %