


Statistikk prøvetakingskurs

Suspendert stoff på innløpsprøve

RA / Dato	Operatør	Verdi	% avvik fra middel	Z-verdi	Godkjent
Hov					
16.mar.11	PN	464	-5	-1,0	☺
	PN	456	-7	-1,4	☺
	Svein	508	4	0,8	☺
	Svein	508	4	0,8	☺
	Lars	480	-2	-0,4	☺
	Lars	472	-4	-0,7	☺
	Finn	512	5	0,9	☺
	Finn	512	5	0,9	☺
	Ove	464	-5	-1,0	☺
	Ove	464	-5	-1,0	☺
	SEH	512	5	0,9	☺
	SEH	520	6	1,3	☺

Middel	489
Sd	24



Pr. mars -11

CV

Generelt

4,75 %

Riktig måleusikkerhet = $\pm 2 \cdot CV$

9,50 %